

## Strojna čitljivost oznak

### Codabar

Uporabljali bomo Codabar sistem, po sprejetih normativih.

Sestavljajo ga zaporedne linearne oznake črtaste kode. Vsak znak definiramo s štirimi črtami in tremi svetlinami (medprostori), ki so široki ali ozki. Uporabljali bomo dvajset definiranih znakov :

a. Numeriki od 0 do 9

b. Posebni znaki :

: dvopičje

+ plus

\$ dolar

- minus

. pika

/ slash

c. Kontrolne oznake a, b, c, d.

Kontrolne oznake ne bomo prikazovali v optično čitljivi formi.

### Nalepke

Uporabljali bomo enotne nalepke po predloženem modelu z določenimi pozicijami posameznih delov nalepk.

Število in vrsto posameznih nalepk bo določil vsak center glede na organizacijo dela.

Kvaliteta lepila, papirja in tiska mora ustrezati zahtevam naše dejavnosti, ki so:

Lepilo mora biti biološko neškodljiv in v vodi netopen.

Papir mora biti odporen na vlago, nizke temperature in mehansko neobčutljiv.

Tisk mora biti strojno čitljiv tudi po pripravi komponente to je ostati mora nespremenjen po močenju, zmrzovanju in mehanskem drgnjenju.

### Barve

Črtasta koda je vedno tiskana s črnimi črtami na beli podlagi.

Ime komponente je rdeče na beli podlagi.

Ostali teksti so tisakni črno na beli podlagi.

Črka, ki označuje krvno skupino A, B, AB in O je črno obrobljena. Barva črke ali podlage je prepuščena presoji samega centra. Zaželjena pa bi bila enotna barva.

Oznaka Rh pozitivne krvne skupine je črna na beli podlagi.

Oznaka Rh negativne krvne skupine je bela na črni podlagi.

Nalepka za Zadržati - potrebno je nadaljnje testiranje je zelena.

Nalepka za Avtotransfuzijo je roza.

Nalepka za Ni za transfuzijo - frakcije je siva.

Nalepka za Uporabiti za urgenco je oranžna.

Nalepka Infekciozno - uničiti ima rdeč mednarodni znak za nevarnost infekcije, ki ga tvorijo štirje krogi.